

**資料4**

**測器の校正状況**

03/10/24現在

製造番号 S/N	校正前感度 mV/W・m <sup>-2</sup>	校正後感度 mV/W・m <sup>-2</sup>	代替器使用 期間	複数台を交代 使用	校正完了日	備考
S98062.07	200	200			03/9/12	
S95047.02	200	200			03/10/7	
S97055.04	206	200			校正中 10/24 頃完了予定	
S95048.09	200	200			03/9/12	
S94140.05	191	200			03/10/7	
S97185.01	200	200			03/10/7	
S93034.01		200			校正中 10/24 頃完了予定	
S95048.01		200			秋を予定	
S92084.01		200			秋を予定	
S97072.02		200		10/28交換		交換済み 未校正
S00001.02		200		9/29交換		水侵入 校正中
S93159.05	200	200		4/16交換		
S97072.01	181	200		4/14交換		
S97072.03	200	200		4/22交換		
S00001.03	178	200		4/17交換		
S94037.04	192	200			1/20	独自に実施
S96046.02	200	200	5/16-8/20		7/14	独自に実施
S92031.01	200	200		8/18 9:30-12:00		独自に実施
S97055.06	194	200			7/15	独自に実施
S95010.05		200			10月校正予定	